



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

92

F. Elaboración
Julio 2020

Versión
1.0

FICHA TÉCNICA

FAMILIA	ESTETOSCOPIOS
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	ESTETOSCOPIO NEONATAL
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	ES UN INSTRUMENTO ACÚSTICO USADO DURANTE UN EXAMEN DE AUSCULTACIÓN CON LA FINALIDAD DE AMPLIFICAR LOS RUIDOS CORPORALES Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS MISMOS EN PACIENTES NEONATALES.
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	<p>A01 CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE CON DOS RECEPTÁCULOS TAMAÑO NEONATAL: UNO PLANO PARA DIAFRAGMA Y OTRO DE FORMA DE CAMPANA.</p> <p>A02 AMBOS RECEPTÁCULOS CON SUS BORDES RECUBIERTOS CON ANILLOS DE JEBE.</p> <p>A03 CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA.</p> <p>A04 TUBULADURA, PARA CONEXIÓN ENTRE EL CABEZAL Y LOS AURICULARES, LIBRE DE LÁTEX.</p> <p>A05 AURICULAR METÁLICO CON DOS (02) OLIVAS SUAVES, ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR.</p>
B. ACCESORIOS	<p>B01 UN (01) CABEZAL PARA PACIENTE NEONATAL.</p> <p>B02 DOS (02) DIAFRAGMAS PLANOS. UNO (01) PRINCIPAL Y UNO (01) DE REPUESTO.</p> <p>B03 DOS (02) PARES DE ANILLOS. UNO (01) PRINCIPAL Y UNO (01) DE REPUESTO.</p> <p>B04 UNA (01) TUBULADURA.</p> <p>B05 UN (01) AURICULAR.</p> <p>B06 TRES (03) PARES DE OLIVAS. UNO (01) PRINCIPAL Y DOS (02) DE REPUESTO.</p>



