



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludDirección General  
de Operaciones  
en Salud

73

F. Elaboración  
Octubre 2020Versión  
1.0

FICHA TÉCNICA		
<b>FAMILIA</b>	<b>EQUIPO COMPLEMENTARIO</b>	
<b>DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD</b>	<b>CAMILLA ESPINAL RIGIDA</b>	
<b>DESCRIPCION FUNCIONAL</b>	EQUIPO USADO EN LAS AMBULANCIAS PARA INMOVILIZAR A PACIENTES CON TRAUMATISMOS DE COLUMNA.	
<b>A. ACCESORIOS</b>	<b>A01</b> UN (01) INMOVILIZADOR DE CABEZA.	
	<b>A02</b> TRES (03) CORREAS DE SUJECIÓN O MÁS.	
	<b>A03</b> UNA (01) CORREA TIPO ARAÑA (SPIDER STRAP).	
<b>B. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS</b>	<b>B01</b> MATERIAL DE POLIETILENO Y/O POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.	
	<b>B02</b> TRASLÚCIDO A LOS RAYOS X.	
	<b>B03</b> PESO MENOR A 8KG.	
	<b>B04</b> DEBE SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 150KG.	
	<b>B05</b> MEDIDAS APROXIMADAS: LARGO : 1800mm ANCHO : 450mm ALTURA : 60mm	
	<b>B06</b> DEBE CONTAR AGARRADERAS LATERALES PARA SU LEVANTAMIENTO.	
	<b>B07</b> DEBE SER FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR.	
	<b>B08</b> SIN ARISTAS CORTANTES.	
	<b>B09</b> FLOTABILIDAD, DEBE PODER MANTENER AL PACIENTE EN EL AGUA.	
	<b>INMOVILIZADOR DE CABEZA</b>	
	<b>B10</b> CON ORIFICIOS LATERALES.	
	<b>B11</b> TRATADO ESPECIALMENTE PARA SER IMPERMEABLE A LA SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES, LAVABLES Y RESISTENTES.	
<b>B12</b> DEBE CONTAR CON SUJETADORES REGULABLES DE CINTA VELCRO.		

