



65

F. Elaboración Noviembre 2020	Versión 1.0
----------------------------------	----------------

FICHA TÉCNICA															
FAMILIA	EQUIPO COMPLEMENTARIO														
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO-PEDIÁTRICO														
DESCRIPCION FUNCIONAL	EQUIPO USADO PARA FACILITAR LA VISIÓN DIRECTA DE LA LARINGE AL PODER MANIPULAR LA LENGUA, LO CUAL AYUDA A REALIZAR LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICOS INHALATORIOS Y OXÍGENO. EQUIPO USADO POR EL PERSONAL DE ANESTESIA Y EMERGENCIA.														
A. PARTES Y ACCESORIOS	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">A01</td> <td>UN (01) MANGO GRANDE CON FUENTE LUMINOSA Y CONECTOR PARA HOJAS DE DISTINTOS TAMAÑO. CON ALIMENTACIÓN DE BATERIA RECARGABLE.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A02</td> <td>UN (01) MANGO MEDIANO CON FUENTE LUMINOSA Y CONECTOR PARA HOJAS DE DISTINTOS TAMAÑO. CON ALIMENTACIÓN DE BATERIA RECARGABLE.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A03</td> <td>CUATRO (04) HOJAS DE LARINGOSCOPIO REUSABLES DE FIBRA ÓPTICA TIPO MACINTOSH: UNA (01) DE TAMAÑO 1, UNA (01) DE TAMAÑO 2, UNA (01) DE TAMAÑO 3 Y UNA (01) DE TAMAÑO 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A04</td> <td>DOS (02) HOJAS DE LARINGOSCOPIO REUSABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MILLER: UNA (01) DE TAMAÑO 1 Y UNA (01) DE TAMAÑO 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A05</td> <td>DOS (02) LÁMPARAS DE LUZ BLANCA PARA LARINGOSCÓPIO: UNA (01) PRINCIPAL Y UNA (01) DE REPUESTO.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A06</td> <td>UN (01) ESTUCHE RÍGIDO O SEMI-RÍGIDO, ACOLCHADO PARA MANGO Y HOJAS.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A07</td> <td>UN (01) CARGADOR DE BATERÍAS.</td> </tr> </table>	A01	UN (01) MANGO GRANDE CON FUENTE LUMINOSA Y CONECTOR PARA HOJAS DE DISTINTOS TAMAÑO. CON ALIMENTACIÓN DE BATERIA RECARGABLE.	A02	UN (01) MANGO MEDIANO CON FUENTE LUMINOSA Y CONECTOR PARA HOJAS DE DISTINTOS TAMAÑO. CON ALIMENTACIÓN DE BATERIA RECARGABLE.	A03	CUATRO (04) HOJAS DE LARINGOSCOPIO REUSABLES DE FIBRA ÓPTICA TIPO MACINTOSH: UNA (01) DE TAMAÑO 1, UNA (01) DE TAMAÑO 2, UNA (01) DE TAMAÑO 3 Y UNA (01) DE TAMAÑO 4	A04	DOS (02) HOJAS DE LARINGOSCOPIO REUSABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MILLER: UNA (01) DE TAMAÑO 1 Y UNA (01) DE TAMAÑO 2	A05	DOS (02) LÁMPARAS DE LUZ BLANCA PARA LARINGOSCÓPIO: UNA (01) PRINCIPAL Y UNA (01) DE REPUESTO.	A06	UN (01) ESTUCHE RÍGIDO O SEMI-RÍGIDO, ACOLCHADO PARA MANGO Y HOJAS.	A07	UN (01) CARGADOR DE BATERÍAS.
A01	UN (01) MANGO GRANDE CON FUENTE LUMINOSA Y CONECTOR PARA HOJAS DE DISTINTOS TAMAÑO. CON ALIMENTACIÓN DE BATERIA RECARGABLE.														
A02	UN (01) MANGO MEDIANO CON FUENTE LUMINOSA Y CONECTOR PARA HOJAS DE DISTINTOS TAMAÑO. CON ALIMENTACIÓN DE BATERIA RECARGABLE.														
A03	CUATRO (04) HOJAS DE LARINGOSCOPIO REUSABLES DE FIBRA ÓPTICA TIPO MACINTOSH: UNA (01) DE TAMAÑO 1, UNA (01) DE TAMAÑO 2, UNA (01) DE TAMAÑO 3 Y UNA (01) DE TAMAÑO 4														
A04	DOS (02) HOJAS DE LARINGOSCOPIO REUSABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MILLER: UNA (01) DE TAMAÑO 1 Y UNA (01) DE TAMAÑO 2														
A05	DOS (02) LÁMPARAS DE LUZ BLANCA PARA LARINGOSCÓPIO: UNA (01) PRINCIPAL Y UNA (01) DE REPUESTO.														
A06	UN (01) ESTUCHE RÍGIDO O SEMI-RÍGIDO, ACOLCHADO PARA MANGO Y HOJAS.														
A07	UN (01) CARGADOR DE BATERÍAS.														





F. Elaboración Noviembre 2020	Versión 1.0
----------------------------------	----------------

FICHA TÉCNICA	
FAMILIA	EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO-PEDIÁTRICO
DESCRIPCION FUNCIONAL	EQUIPO USADO PARA FACILITAR LA VISIÓN DIRECTA DE LA LARINGE AL PODER MANIPULAR LA LENGUA, LO CUAL AYUDA A REALIZAR LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICOS INHALATORIOS Y OXÍGENO. EQUIPO USADO POR EL PERSONAL DE ANESTESIA Y EMERGENCIA.
A. PARTES Y ACCESORIOS	A08 DOS (02) BATERÍAS RECARGABLES PARA CADA MANGO: UNA (01) PRINCIPAL Y UNA (01) BATERÍA DE REPUESTO ADICIONAL
B. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	B01 LAS HOJAS DEBES DE PODER ESTERILIZARZE EN AUTOCLAVES.
	B02 LAS HOJAS MACINTOSH Y MILLER DEBEN SER DE ACERO INOXIDABLE.
C. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA	C01 SUMINISTRO ELÉCTRICO CON CARGADOR DE PILAS Y/O BATERÍAS RECARGABLES TIPO MONOFÁSICO, 220VAC, 60 HZ CON CONEXIÓN A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
	C02 EL CONECTOR DEBE SER DE TIPO SCHUKO (NOTA 1)

NOTA 1: SI EL ESTABLECIMIENTO DISPONE DE OTRO TIPO DE CONEXIÓN ESTE DEBE SER COORDINADO POR EL USUARIO

