



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

48

F. Actualización Mayo 2020	Versión 1.0
-------------------------------	----------------

FICHA TÉCNICA

FAMILIA	EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAROJO (COVID 19)
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	DISPOSITIVO MEDICO COMPLEMENTARIO PRIORITARIO EN EL CONTEXTO DEL COVID-19, DETERMINADO POR LA OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD)
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES	<p>A01 DISPOSITIVO PORTÁTIL.</p> <p>A02 TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN SIN CONTACTO CON LA PIEL.</p> <p>A03 DISTANCIA DE MEDICIÓN A 5 CM O MENOR DE LA FRENTE DEL PACIENTE.</p> <p>A04 SELECCIÓN DE UNIDADES DE TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS (°C) O GRADOS FARENHEIT (°F).</p> <p>A05 RANGO DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL DE 34.5 °C (93.2°F) O MENOR, A 42.0°C (108.0°F) O MAYOR.</p> <p>A06 PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL DE +/- 0.3 °C (+/- 0.5°F) O MENOR.</p> <p>A07 VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA EN PANTALLA.</p> <p>A08 PANTALLA RETRO ILUMINADA.</p> <p>A09 CAPACIDAD DE MEMORIA DE 20 MEDICIONES DE TEMPERATURA COMO MÍNIMO.</p> <p>A10 APAGADO AUTOMÁTICO EN UN TIEMPO DE 3 MINUTOS O MENOR.</p>
B. ACCESORIOS	<p>B01 UNA (01) PANTALLA DIGITAL.</p> <p>B02 UN (01) TECLADO DE CONTROL.</p> <p>B03 UN (01) JUEGO DE PILAS.</p>
C. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA	C01 FUENTE DE ENERGÍA DE 2 PILAS AAA DE 1.5 V.


 EDWARD DAVID CABREJOS GARCIA
 INGENIERO ELECTRÓNICO
 CIP N° 182908

