



CARACTERISTICAS TECNICAS

FAMILIA	EQUIPOS PARA MONITOREO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	PULSIOXIMETRO DE MESA
CODIGO DEL BIEN	D - 17

A. DESCRIPCION FUNCIONAL	
B. CARACTERISTICA GENERAL	<p>B01 DE MESA B02 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y BATERIA B03 VISUALIZACION DE ONDA PLESTIMOGRFICA. B04 PANTALLA LCD O LED. B05 TECNOLOGÍA PARA ASEGURAR MEDICION Y EXACTITUD DURANTE MOVIMIENTOS Y BAJA PERFUSION DEL PACIENTE.</p> <p>PARÁMETROS DE MEDICION B06 SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (SpO2): DE 50% ó MENOS A 100%. B07 FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 40 BPM O MENOS A 240 BPM ó MÁS</p> <p>ALARMAS AUDIOVISUALES B08 DE SpO2, NIVEL ALTO Y BAJO B09 DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO B10 INDICADOR DE BATERIA B11 SILENCIADOR DE ALARMA</p>
C. COMPONENTES	
D. ACCESORIOS	<p>D01 DOS (02) SENSORES DE DEDO REUSABLE PARA PACIENTES ADULTOS. D02 DOS (02) SENSOR DE DEDO REUSABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO. D03 DOS (02) SENSORES REUSABLE PARA PACIENTE NEONATO. D03 UN (01) CABLE EXTENSOR</p>
E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	<p>C01 220 AC / 60HZ CON CABLE A TIERRA C02 BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE (02) HORAS.</p>
F. FECHA DE ACTUALIZACION	ABRIL 2019