



PERÚ

Ministerio
de Salud

DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FAMILIA	EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO POR ULTRASONIDO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL
CODIGO DEL BIEN	D - 97

A. DESCRIPCION FUNCIONAL	
B. CARACTERISTICAS GENERALES	B01 EQUIPO PORTATIL B02 SOPORTE O RECEPTACULO PARA TRANSDUCTOR B03 CON PANEL DE CONTROL Y PANTALLA PARA VISUALIZACION LCD
C. COMPONENTES	DETECTOR C01 RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL DE 60 BPM Ó MENOS A 190 BPM Ó MAS C02 VISUALIZADOR DE FRECUENCIA CARDIACA C03 INDICADOR DE BATERIA BAJA C04 CON BATERIA RECARGABLE E INCORPORADA MODO ULTRASONICO C05 UN TRANSDUCTOR ULTRASONICO C06 FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 2 Y 3 MHZ
D. ACCESORIOS	D01 DOS (02) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR ACUSTICO DE 250 ML.
E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	E01 220V Ó 230V / 60HZ Y BATERIA RECARGABLE.
F. FECHA DE ACTUALIZACION	ABRIL 2019