



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>FAMILIA</b>	<b>BOMBA DE INFUSION</b>
<b>DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD</b>	<b>BOMBA DE INFUSIÓN DE UN CANAL</b>
<b>CODIGO DEL BIEN</b>	<b>D - 104</b>

<b>A. DESCRIPCION FUNCIONAL</b>	
<b>B. CARACTERISTICA GENERAL</b>	<p>ESPECIFICACIONES GENERALES B01 PORTATIL B02 DE UN CANAL DE INFUSION B03 MECANISMO DE BOMBEO PERISTALTICO LINEAL ó VOLUMETRICO ó SISTEMA ALTERNO B04 VISUALIZACION DIGITAL DE PARAMETROS PROGRAMADOS Y MONITOREADOS (VOLUMEN DE INFUSION, FLUJO DE INFUSION) B05 CON SISTEMA ANTIFLUJO LIBRE B06 VOLUMEN REGULABLE Y OPCION DE SILENCIO DE ALARMAS B07 USO DE LINEAS INTRAVENOSAS UNIVERSALES O DE LA MARCA DEL EQUIPO B08 PUERTO(S) DE TRANSMISIÓN DE DATA</p> <p><b>PARAMETROS DE OPERACIÓN Y/O MEDICION</b> B09 VOLUMEN DE INFUSION MAXIMO DE 9999 ml ó MAS B10 FLUJO DE INFUSION DESDE 0,5 ml/h a 999 ml/h ó MAS B11 KVO DE 0.1 A 3 mL/hr O RANGO MÁS AMPLIO B12 ALARMAS AUDIOVISUALES DE OCLUSION DE VIA, AIRE EN LINEA, ERROR DE FLUJO, PUERTA (O CLAVIJA) ABIERTA, BATERIA BAJA, INFUSION COMPLETA, FALLA DEL EQUIPO B13 CAPACIDAD DE MEMORIA PARA REGISTRO DE EVENTOS</p>
<b>C. COMPONENTES</b>	
<b>D. ACCESORIOS</b>	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES D01 CINCUENTA (50) SETS DE INFUSION INTRAVENOSO
<b>E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA</b>	E01 MONOFASICA 220V ó 230V A 60HZ E02 CON BATERIA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMIA DE 2.5 HORAS O MÁS
<b>F. FECHA DE ACTUALIZACION</b>	ABRIL 2019